

四川凯乐检测技术有限公司

SiChuan KaiLe Testing Co.,Ltd.

测试报告

Test Report

凯乐检字(2021)第090828W号

项目名称: 安岳县生活垃圾环保发电项目
Project Name

委托单位: 安岳川能环保能源发电有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Kind of Test

报告日期: 2021年10月13日
Test Date



测试报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在收到本报告之日起七日内向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 7、本检测报告仅供委托方使用，检测报告及数据不得用于商业广告，其他单位或个人未经本公司许可不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究法律责任的权力。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、微生物不复检。
- 10、测试报告不加盖 CMA 资质印章，测试数据仅供参考。

通讯资料：

单位名称：四川凯乐检测技术有限公司

地 址：成都市高新区百草路898号智能信息港A901

邮 编：610000

服务电话：（028）87914404

分 场 所：四川凯乐检测技术有限公司马尔康场所

地 址：四川省马尔康市马尔康镇查北村一组11号

邮 编：624000

测试报告

1、检测内容

受安岳川能环保能源发电有限公司的委托,我公司于2021年09月01日对安岳县生活垃圾环保发电项目的地表水进行现场检测,并于2021年09月01日起对样品进行分析检测。该项目位于四川省资阳市安岳县永清镇何店村14-16社。

2、点位及样品信息

地表水检测点位信息见表 2-1。

表 2-1 地表水检测点位信息

序号	样品编号	检测点位	检测项目	检测频次	采样时间	样品性状
001	210901W-188-04W-1	项目上游500米处河流	动植物油	检测 1 天 1天1次	09月01日	微浊、无臭、 无浮油、微黄
002	210901W-188-05W-1	项目下游1000米处河流		检测 1 天 1天1次	09月01日	微浊、无臭、 无浮油、微黄
003	210901W-188-06W-1	项目下游1500米处河流		检测 1 天 1天1次	09月01日	微浊、无臭、 无浮油、微黄

3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

地表水检测项目、方法来源、使用仪器及单位见表 3-1。

表 3-1 地表水检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	检出限及单位
地表水	动植物油	参照 HJ637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	红外分光测油仪 KL-CY-01	0.06 mg/L

4、检测结果

地表水检测结果见表 4-1。

表 4-1 地表水检测结果

采样日期: 09 月 01 日

检测 点位 名称	检测 结果	检测 项目	动植物油 (mg/L)				
项目上游500米处河流	0.07						
项目下游1000米处河流	0.07						
项目下游1500米处河流	0.14						

备注

本次检测过程中地表水现场采集方法为《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)

凯乐检字（2021）第 090828W 号

（以下空白）

报告编制：黄玉玲

报告审核：胡文杰

报告批准：郭真蓉

签发日期：2021.10.13